



至急

日薬業発第421号
平成29年3月15日

都道府県薬剤師会
学校薬剤師担当役員 殿

日本薬剤師会
担当副会長 乾 英 夫

**エピペン®注射液 0.3 mg (製造番号: PS00019A) の
自主回収に係る対応について**

平素より本会学校薬剤師部会活動にご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、各種報道によりご承知のことと存じますが、この程、ファイザー株式会社が、アナフィラキシー補助治療剤「エピペン注射液 0.3mg」の一部製品に作動不良の可能性が生じたとして、自主回収を開始したことを発表いたしました。本会も同社より、経緯や今後の対応について報告を受けたところであり、回収の対象は、製造番号が PS00019A (使用期限が 2017 年 4 月末日) の製剤のみで、他の製造番号の 0.3mg 製剤や 0.15mg 製剤は対象外であることを確認しております。

「エピペン注射液 0.3mg」は、体重 30kg 以上の場合に処方されることから、小学校中学年以上の児童や中学生以上の生徒が不測の事態に備え、所持または学校に預けているケースが考えられます。また、それらが当該製造番号の製品に該当する可能性もあります。同社によりますと、現在のところ日本で当該製造番号の製品において正常に接種できなかった報告はないとのことですが、正常に作動しない恐れも皆無ではないとのことですので、担当校との連絡を密にお取りいただき、「エピペン注射液 0.3mg」を所持する児童、生徒への情報提供（製造番号が該当する場合には、製品を受け取った医療機関や薬局に交換を申し出ること）に努めていただくよう、関係者への周知につきまして、至急のご対応をお願いいたします。